

## ครุภัณฑ์โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 ชุด

### 6. ห้องปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช

#### รายการครุภัณฑ์

#### 6.1 ชุดโซฟาพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด

##### คุณลักษณะเฉพาะ

1. โซฟายาวขนาดไม่น้อยกว่า ยาว160 ลึก 65 สูง 80 เซนติเมตร
2. โซฟาเดี่ยว ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 60 ลึก 65 สูง 80 เซนติเมตร
3. โต๊ะกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า ยาว 85 กว้าง 45 สูง 40 เซนติเมตร
4. ชุดโซฟาประกอบด้วย
  - 4.1 โซฟา 3 ที่นั่ง 1 ตัว
  - 4.2 โซฟา 1 ที่นั่ง 2 ตัว
  - 4.3 โต๊ะกลาง 1 ตัว
  - 4.4 เบาะของโซฟาหุ้มด้วยหนัง PVC เกรดA

##### เงื่อนไขเฉพาะ

1. มีรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. มีบริการตรวจเช็คและการบำรุงรักษาหลังการขายทุก 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

#### 6.2 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

##### คุณลักษณะเฉพาะ

1. ทิวทัศน์เป็นหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว
2. จอมีค่า Resolution ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ Ultra HD ( 3,840 x 2,160 pixel ) หรือดีกว่า
3. รองรับ App. ต่างๆ หรือ Smart TV หรือ Android TV ได้
4. ช่องต่อสาย LAN เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือช่องต่อสายสัญญาณ Ethernet ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
5. รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth
6. มีช่องต่อแบบ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง สำหรับเล่นไฟล์ภาพและเสียงได้
7. ต้องมีช่องต่อสัญญาณแบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
8. มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (Digital) ในตัว

##### เงื่อนไขเฉพาะ

1. มีรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. มีบริการตรวจเช็คและการบำรุงรักษาหลังการขายทุก 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

### 6.3 เก้าอี้นวดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง

#### คุณลักษณะเฉพาะ

1. โครงสร้างของเก้าอี้ ทำด้วยโครงเหล็ก หุ้มหนัง PVC รองรับผู้รับบริการ จำนวน 1 ตัว
2. มีที่รองรับเท้า ของผู้รับบริการ โครงสร้างแข็งแรง หุ้มด้วยหนังเทียม จำนวน 1 ตัว
3. มีเก้าอี้ นั่งทรงสี่เหลี่ยม หุ้มหนังเทียม เพื่อรองรับ ผู้นวด จำนวน 1 ตัว
4. ทุกชิ้นส่วนมีความแข็งแรง ทนทาน

#### เงื่อนไขเฉพาะ

1. มีรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. มีบริการตรวจเช็คและการบำรุงรักษาหลังการขายทุก 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

### 6.4 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

#### คุณลักษณะเฉพาะ

1. เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน พร้อมติดตั้ง
2. เป็นการวัดแบบ Oscillometer
3. สามารถวัดความดันโลหิต ได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวาโดยมีที่รับปลายแขนขณะทำการวัดความดันโลหิต
4. สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วง 30-280 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) และสามารถวัดอัตราการเต้น
5. ของชีพจร ช่วงระหว่าง 40-199 ครั้งต่อนาที
6. จอภาพแสดงผล เป็นตัวเลขระบบดิจิตอล สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
7. ใช้กับไฟฟ้าระหว่าง 100-240 โวลท์ 50-60 เฮิร์ตซ์
8. เครื่องสามารถวัดค่าได้แม่นยำสูง โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนของค่าความดันโลหิตอยู่ระหว่าง + 3
9. มิลลิเมตรปรอทและค่าชีพจรไม่เกิน + 5 ครั้งต่อนาที
10. สามารถใช้งานกับผู้ป่วยที่มีรอบแขน 18-35 เซนติเมตร หรือมากกว่า
11. มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน กรณีต้องการยกเลิกวัดความดันโลหิต และสังเกตได้ชัดเจน
12. สายไฟกระแอสลับพร้อมตัวแปลงไฟ จำนวนอย่างน้อย 1 เส้น
13. คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด

#### เงื่อนไขเฉพาะ

1. มีรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. มีบริการตรวจเช็คและการบำรุงรักษาหลังการขายทุก 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 13485

Handwritten signatures and stamps in blue ink at the bottom right of the page. The text 'ศิริราช' is visible below the signatures.